

Duralová podpažní berle CA 802L

1. Použití výrobku

Berle se používá při chůzi pro odlehčení dolních končetin nebo při amputaci jedné dolní končetiny tak, že částečná váha těla spočívá na ruce držící rukojeť a na podpažní opěrce.
Berle je určena pro max. tělesnou hmotnost uživatele do 100 kg !

Berle je konstruována pouze pro používání ve funkční poloze (tj. svislé s odchylkami v rozmezí potřebném pro chůzi) pro převážné zatížení vzpěrem. Berle není konstruována pro vyšší zatížení obyhem, tj. v úhlu přesahujícím 30° od svislé polohy.

2. Popis výrobku

Duralová podpažní berle CA 802L má tyto části:

- vzpěry (2x)
- vedení výsuvného dílu
- výsuvný díl
- podpažní opěrku
- rukojeť
- šroub rukojeti
- matici rukojeti
- vodící pouzdro
- povlak podpažní opěrky
- povlak rukojeti
- násadec

Berle tvoří dvě vzpěry, které jsou pomocí nýtů spojeny s podpažní opěrkou. Ve spodní části je mezi ně vsazeno vedení výsuvného dílu. Spoj je proveden nýtý. Ve střední části je mezi vzpěrami upevněna rukojeť. Spoj je proveden speciálním šroubem s maticí, umožňující výškové nastavení rukojeti. Do vedení výsuvného dílu je suvně vložen výsuvný díl. Jeho poloha je zajištěna pružinovou pojistkou. Spodní část vedení výsuvného dílu je opatřena vodícím pouzdem, které tvoří současně i zásepky vzpěr.

Na podpažní opěrku a na rukojeť je nasazen povlak z termoplastické pryže. Výsuvný díl je na horní straně opatřen zásepkou a na spodní ukončen vyměnitelným pryžovým násadecem s kovovou vložkou.

Berle se vyrábí ve dvou velikostech, každá s možností nastavení 9 délek s odstupňováním po 25 mm. Rukojeť je možno nastavit v 5 polohách po 38 mm.

3. Nastavení délky berle

Při nastavování rukojeti do požadované polohy se postupuje následujícím způsobem:

- vyšroubuje se matice šroubu a šroub se vysune
- držadlo se nastaví do požadované polohy
- šroub se zasune, nasadí se podložka a našroubuje matice, která se dotáhne

Při nastavování berle na potřebnou výšku se postupuje následujícím způsobem:

- pružinová pojistka se stiskne z obou stran
- výsuvný díl se nastaví do požadované polohy
- uvolní se pružinová pojistka tak, aby zapadla do otvorů na vedení výsuvného dílu

4. Hmotnost

Hmotnost berle CA 802L
velikost S cca 700g ± 5%
velikost M cca 750g ± 5%
velikost L cca 800g ± 5%

5. Údržba

Přibližně po 1 měsíci užívání je nutno provést kontrolu dílů berle, zkontrolovat dotažení všech šroubových spojů. Při případném poškození nebo opotřebení některého dílu je ho nutno vyměnit za nový originální díl nebo berle vyřadit z používání.

K čištění berle lze použít běžné saponátové přípravky a pak berle otřít do sucha. **Nesmí být použito organických rozpouštědel!**

6. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahujena poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním.
Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností Ortgroup Medical s.r.o. nebo prodávajícím.
Reklamacce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

Výrobce:

ANTAR Sp. J.
ul. Zawisłańska 43
03-068 Warszawa - Polsko



VÝHRADNÍ DOVOZCE:

Ortgroup Medical s.r.o.
1.Máje 3236/103
703 00 Ostrava - Vítkovice
Tel./fax: 596 630 615

Duralová podpažní berle CA 802L

1. Použití výrobku

Berle se používá při chůzi pro odlehčení dolních končetin nebo při amputaci jedné dolní končetiny tak, že částečná váha těla spočívá na ruce držící rukojeť a na podpažní opěrce.
Berle je určena pro max. tělesnou hmotnost uživatele do 100 kg !

Berle je konstruována pouze pro používání ve funkční poloze (tj. svislé s odchylkami v rozmezí potřebném pro chůzi) pro převážné zatížení vzpěrem. Berle není konstruována pro vyšší zatížení obyhem, tj. v úhlu přesahujícím 30° od svislé polohy.

2. Popis výrobku

Duralová podpažní berle CA 802L má tyto části:

- vzpěry (2x)
- vedení výsuvného dílu
- výsuvný díl
- podpažní opěrku
- rukojeť
- šroub rukojeti
- matici rukojeti
- vodící pouzdro
- povlak podpažní opěrky
- povlak rukojeti
- násadec

Berle tvoří dvě vzpěry, které jsou pomocí nýtů spojeny s podpažní opěrkou. Ve spodní části je mezi ně vsazeno vedení výsuvného dílu. Spoj je proveden nýtý. Ve střední části je mezi vzpěrami upevněna rukojeť. Spoj je proveden speciálním šroubem s maticí, umožňující výškové nastavení rukojeti. Do vedení výsuvného dílu je suvně vložen výsuvný díl. Jeho poloha je zajištěna pružinovou pojistkou. Spodní část vedení výsuvného dílu je opatřena vodícím pouzdem, které tvoří současně i zásepky vzpěr.

Na podpažní opěrku a na rukojeť je nasazen povlak z termoplastické pryže. Výsuvný díl je na horní straně opatřen zásepkou a na spodní ukončen vyměnitelným pryžovým násadecem s kovovou vložkou.

Berle se vyrábí ve dvou velikostech, každá s možností nastavení 9 délek s odstupňováním po 25 mm. Rukojeť je možno nastavit v 5 polohách po 38 mm.

3. Nastavení délky berle

Při nastavování rukojeti do požadované polohy se postupuje následujícím způsobem:

- vyšroubuje se matice šroubu a šroub se vysune
- držadlo se nastaví do požadované polohy
- šroub se zasune, nasadí se podložka a našroubuje matice, která se dotáhne

Při nastavování berle na potřebnou výšku se postupuje následujícím způsobem:

- pružinová pojistka se stiskne z obou stran
- výsuvný díl se nastaví do požadované polohy
- uvolní se pružinová pojistka tak, aby zapadla do otvorů na vedení výsuvného dílu

4. Hmotnost

Hmotnost berle CA 802L
velikost S cca 700g ± 5%
velikost M cca 750g ± 5%
velikost L cca 800g ± 5%

5. Údržba

Přibližně po 1 měsíci užívání je nutno provést kontrolu dílů berle, zkontrolovat dotažení všech šroubových spojů. Při případném poškození nebo opotřebení některého dílu je ho nutno vyměnit za nový originální díl nebo berle vyřadit z používání.

K čištění berle lze použít běžné saponátové přípravky a pak berle otřít do sucha. **Nesmí být použito organických rozpouštědel!**

6. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahujena poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním.
Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností Ortgroup Medical s.r.o. nebo prodávajícím.
Reklamacce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

Výrobce:

ANTAR Sp. J.
ul. Zawisłańska 43
03-068 Warszawa - Polsko



VÝHRADNÍ DOVOZCE:

Ortgroup Medical s.r.o.
1.Máje 3236/103
703 00 Ostrava - Vítkovice
Tel./fax: 596 630 615

Duralová podpažní berle CA 802L

1. Použití výrobku

Berle se používá při chůzi pro odlehčení dolních končetin nebo při amputaci jedné dolní končetiny tak, že částečná váha těla spočívá na ruce držící rukojeť a na podpažní opěrce.
Berle je určena pro max. tělesnou hmotnost uživatele do 100 kg !

Berle je konstruována pouze pro používání ve funkční poloze (tj. svislé s odchylkami v rozmezí potřebném pro chůzi) pro převážné zatížení vzpěrem. Berle není konstruována pro vyšší zatížení obyhem, tj. v úhlu přesahujícím 30° od svislé polohy.

2. Popis výrobku

Duralová podpažní berle CA 802L má tyto části:

- vzpěry (2x)
- vedení výsuvného dílu
- výsuvný díl
- podpažní opěrku
- rukojeť
- šroub rukojeti
- matici rukojeti
- vodící pouzdro
- povlak podpažní opěrky
- povlak rukojeti
- násadec

Berle tvoří dvě vzpěry, které jsou pomocí nýtů spojeny s podpažní opěrkou. Ve spodní části je mezi ně vsazeno vedení výsuvného dílu. Spoj je proveden nýtý. Ve střední části je mezi vzpěrami upevněna rukojeť. Spoj je proveden speciálním šroubem s maticí, umožňující výškové nastavení rukojeti. Do vedení výsuvného dílu je suvně vložen výsuvný díl. Jeho poloha je zajištěna pružinovou pojistkou. Spodní část vedení výsuvného dílu je opatřena vodícím pouzdem, které tvoří současně i zásepky vzpěr.

Na podpažní opěrku a na rukojeť je nasazen povlak z termoplastické pryže. Výsuvný díl je na horní straně opatřen zásepkou a na spodní ukončen vyměnitelným pryžovým násadecem s kovovou vložkou.

Berle se vyrábí ve dvou velikostech, každá s možností nastavení 9 délek s odstupňováním po 25 mm. Rukojeť je možno nastavit v 5 polohách po 38 mm.

3. Nastavení délky berle

Při nastavování rukojeti do požadované polohy se postupuje následujícím způsobem:

- vyšroubuje se matice šroubu a šroub se vysune
- držadlo se nastaví do požadované polohy
- šroub se zasune, nasadí se podložka a našroubuje matice, která se dotáhne

Při nastavování berle na potřebnou výšku se postupuje následujícím způsobem:

- pružinová pojistka se stiskne z obou stran
- výsuvný díl se nastaví do požadované polohy
- uvolní se pružinová pojistka tak, aby zapadla do otvorů na vedení výsuvného dílu

4. Hmotnost

Hmotnost berle CA 802L
velikost S cca 700g ± 5%
velikost M cca 750g ± 5%
velikost L cca 800g ± 5%

5. Údržba

Přibližně po 1 měsíci užívání je nutno provést kontrolu dílů berle, zkontrolovat dotažení všech šroubových spojů. Při případném poškození nebo opotřebení některého dílu je ho nutno vyměnit za nový originální díl nebo berle vyřadit z používání.

K čištění berle lze použít běžné saponátové přípravky a pak berle otřít do sucha. **Nesmí být použito organických rozpouštědel!**

6. Ekologická informace

Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.

Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.

ZÁRUKA

Záruku poskytujeme po dobu 24 měsíců ode dne převzetí pomůcky a nevztahujena poškození vlivem nesprávného použití a opotřebení, způsobené obvyklým užíváním.
Záruka zaniká také při jakékoliv úpravě, opravě, seřízení nebo výměně jakékoliv části jiným subjektem, než společností Ortgroup Medical s.r.o. nebo prodávajícím.
Reklamacce se uznává jen na základě předložení řádně vyplněného záručního listu a reklamovaného výrobku.

Výrobce:

ANTAR Sp. J.
ul. Zawisłańska 43
03-068 Warszawa - Polsko



VÝHRADNÍ DOVOZCE:

Ortgroup Medical s.r.o.
1.Máje 3236/103
703 00 Ostrava - Vítkovice
Tel./fax: 596 630 615